

Désignation / Designation

SET DE POSE DE STERILET / IUD INSERTION SET


Référence / Reference

PS3230000

Fabricant / Manufacturer Prince Medical 64 rue Gutenberg ZA La Sente Du Moulin 60530 ERCUIS	Référentiels / Referential Organisme notifié / Notified Body N° de certificat / Certificate N° Validité / Validity	ISO 9001 : 2008- NF EN ISO 13485 :2012 Gmed -0459 8565 rev 5 / 10229 rev 6 30/12/2017
--	--	---

Principaux éléments constitutifs et nature des matériaux / Principal components and nature of the materials
Le set de pose de stérilet est composé de / The IUD insertion set is composed of :

- Pince Pozzi droite : Polyamide / Pozzi forceps straight : Polyamid
- Pince chéron coudée : Polyamide / Cheron forceps curved : Polyamid
- Ciseau coupe-fils latéral : ABS et acier inoxydable / IUD string lateral scissors : ABS and stainless steel
- Hystéromètre CH 14 composé de / Hysterometer CH 14 composed of
 - Partie distale souple: Polyéthylène / Flexible distal part : Polyethylene
 - Manche rigide : Polystyrène / Rigid handle : Polystyrene


Utilisation / Use

LE SET DE POSE DE STERILET est utilisé pour la pose d'un stérilet / IUD INSERTION SET is used to the IUD insertion.

Présence de Latex / Contains Latex : Non / No

Usage unique / Single use	Oui / Yes
Stérile / Sterile	Oui / Yes
Mode de stérilisation / Sterilization method	Oxyde d'éthylène / Ethylene oxide
Péremption / Expiration	3 ans / 3 years

Marquage CE / CE marking	
Classe / Class	I Stérile / I Sterile
Organisme notifié / Notified Body	Gmed - 0459
Attestation / Attestation	n°26672 rév.1
Validité / Validity	30/12/2017

Conditionnement / Packaging

Boite de 10 sets en emballage individuel stérile / Box of 10 sets in individual sterile packaging

Par / By : Prince Medical

Mélanie Boutant Le / on 03 / 02 / 2015

