# FICHE TECHNIQUE

# ETHYLOTEST CHIMIQUE

Hygiène garantie par usage unique
Simple d'utilisation

**Conforme NF X 20-702**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Mode de mesure | Analyse d'un souffle direct |
| Utilisation | Notice d'utilisation et d'interprétation des résultats imprimée directement sur le ballon et l'emballage. |
| Mode de contrôle | Analyse de l'air expiré par réaction chimique.<br>Les cristaux jaunes changent de couleur (vert) en présence d'alcool.<br>Calibré à 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré (correspondant à 0,5 g d'alcool par litre de sang). |
| Lecture des résultats | Résultat de la mesure fourni sous forme de coloration plus ou moins importante en fonction du taux d'alcoolémie.<br>Utilisation conjointe du nuancier de couleur et de la notice d'interprétation.<br>Le résultat doit être lu entre minimum 2 minutes après le test et maximum 10 min. |
| Seuil réglementaire | Le résultat est négatif, le taux d'alcoolémie est inférieur au seuil réglementaire de 0,25mg/l d'air (< 0,5g/l de sang).<br>Le résultat est positif, le taux d'alcoolémie est supérieur ou égal au seuil réglementaire de 0,25mg/l d'air (≥ 0,5g/l de sang). |
| Temps de dégonflage du ballon | 20 secondes |
| Volume du ballon | 1 litre |
| Température de fonctionnement | Entre 10°C et 40°C |
| Stockage | A conserver à l'abri de la lumière entre 10°C et 40°C |
| Conditionnement | Différents conditionnements sont disponibles : En sachet, en Boite de 2 éthylotests, en présentoirs de boite ou sachet etc. |
| Durée de vie | Deux ans après la date de fabrication |
| Conformité | Norme NF X 20-702 de 2007 |
| Système d'Assurance Qualité PELIMEX S.A. | Attestation CE délivrée par le LNE/GMED (CE0459)<br>Certification NF EN 13485 (2004) & ISO 9001 (2008) |

Sous réserve de modifications techniques - révision – 01/2013

PELIMEX S.A. - 12 route de Bouxwiller - 67340 INGWILLER ☏ + 33 3 88 02 10 15 🖷 +33 3 88 02 10 19
www.pelimex.com • info@pelimex.com