ANIOXY-TWIN
CONCENTRE

Désinfectant de Haut Niveau

- **1 seul temps de contact : 15 minutes (Bactéricide, fongicide, virucide, mycobactéricide, sporicide)**
- **Actif immédiatement après dilution dans l'eau**
- **Sur base acide peracétique stabilisé**
- **Formulé sans aldéhyde : pas de fixation de protéines**
- **Produit concentré sans activation**
- **Sécurité : 2 flacons Twin évitant tout risque d'erreur lors de la préparation**
- **Vérification de l'efficacité du bain par bandelette.**

INDICATIONS

Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

CARACTERISTIQUES

- La solution désinfectante contient de 1200 ppm d'APA (après reconstitution) à 900 ppm (concentration limite détectée par les bandelettes).
- Agents anti-corrosifs actifs à pH acide.
- Faible concentration en peroxyde d'hydrogène : limitation des vapeurs de peroxyde d'hydrogène (meilleure tolérance pour l'utilisateur).
- Large compatibilité avec matériaux, bacs et paillasses.
- Produit concentré à diluer dans tout type d'eau (sauf eau adoucie).
- Stabilité du bain de trempage : 24 heures/20 endoscopes.
- Compatible avec tout type de produits nettoyant-pré-désinfectants à pH neutre.
- Eviter le mélange de métaux et alliages dans un même bain.
- Solution limpide de couleur jaune après reconstitution.
- pH : Environ 4,5

PRÊT A L'EMPLOI APRES RECONSTITUTION

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

ANIOXY- TWIN
CONCENTRE

Désinfectant de Haut Niveau

MODE D'EMPLOI



1

Etape de pré-désinfection :
Nettoyer le dispositif avec un produit type ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R ou ANIOSYME PLA II.
Rincer soigneusement.

2

Etape de désinfection :
Verser le nombre de double-flacons nécessaire dans le bac de désinfection
(1 double flacon pour 5 litres d'eau).
Couvrir le bac.
Temps de contact : 15 minutes.
Pour le matériel endoscopique : faire circuler la solution à l'intérieur des canaux.



3

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm).
Pour le matériel endoscopique : l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.



4

Essuyer avec un champ à usage unique.
Conserver le dispositif médical le plus aseptiquement possible jusqu'à nouvelle utilisation.

COMPOSITION QUALITATIVE

La solution reconstituée ANIOXY-TWIN contient initialement 1200 ppm d'acide peracétique.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, SARM (EN 13727) EN 14561	**5 minutes**
Mycobactéries	EN 14348, prEN 14563	**10 minutes**
Moisissures	EN 1275, EN 13624 EN 14562	**15 minutes**
Virus	EN 14476, HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV)	**10 minutes**
Spores	NF T 72-230/231	**15 minutes**
	EN 14347	**10 minutes**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage : de +5°C à +25°C.
Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).
STOCKER EN POSITION VERTICALE

CONDITIONNEMENTS

1 12 doubles-flacons.....Réf. 1343.408

2 Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique (boîte de 50).....Réf. 100.265

1 2

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

1343FR-120411 - Photos non contractuelles