



FICHE TECHNIQUE

Electrode 3M™ Red Dot™ 2560 Electrode de surveillance cardiaque à usage unique

INDICATIONS

jusqu'à 5 jours de pose

- Test d'effort
- Holter
- Réanimation
- Soins intensifs

**NE CONTIENT PAS
DE LATEX !**



DESCRIPTIF

- **Dimensions** : 4 cm x 3.5 cm
- **Support** : mousse
- **Adhésif** : polyacrylate non-conducteur HYPOALLERGENIQUE
- **Gel** : adhésif conducteur hydrophile
- **Contact** : Ag/AgCl (moins de 3% de Cl)
- **Type de connexion** : pression (inox)
- **Poids** : 1,6 gramme par électrode avec liner
- Fabriquée au Canada

PARTICULARITES

- Adulte
- Adhésion longue durée
- Résistance aux fluides
- Excellente qualité du tracé
- Surface conductrice : 3,8 cm²
- Résistance à la transpiration

CONFORMITE & MARQUAGE

- **Conforme au standard A.A.M.I. EC12**
(A.A.M.I. : Association pour l'amélioration de l'instrumentation médicale)
- **DM : Classe 1** – non stérile sans fonction de mesurage
- **Marquage** (CE) (93/42 Annexe VII)

	ANSI / AAMI Spécifications	3M Spécifications	MESURES
Impédance à 10 Hz	< 2000 ohms	< 1300 ohms	215 ohms
Tension de décalage	< 100 mV	< 10 mV	0,1 mV
Dérive de la tension décalage	< 100 mV	< 100 mV	5 mV
Tension de dépolarisation à 5 sec.	< 100 mV	< 25 mV	15 mV

CONDITIONNEMENT

- Sachet de 50 électrodes sur liner (par 10). Boîte de 20 sachets.
- Minimum de commande : 1 boîte de 1000 électrodes.
- Date de péremption et numéro de lot inscrits sur chaque sachet.

CONSERVATION

- 2 ans sous sachet fermé à température ambiante dans des conditions normales de conservation.
- Une fois le sachet ouvert, toutes les propriétés des électrodes sont gardées pendant 30 jours.
- Refermer soigneusement l'emballage pour la conservation des électrodes non utilisées.

3M France
Marchés de la Santé

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 83 83

Pour tout renseignement, contacter le :
01 30 31 85 63

Mise à jour le 03 janvier 2011