

Fiche Technique et de Sécurité Toise en bois

Réf. N° : 44 445 00/ 44 446 00/ 44 447

00/41/42/44/46

TCE1

Crée le : 10.12.2012
Mise à jour: 11.03.14
Indice : b
p 1/1

- Classement du dispositif : Classe I*
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0809390V
- Code GMDN : 37001

Règle appliquée (annexe IX)

- Non Invasif (règle 5 # 1)
- Non chirurgical
- Non Actif thérapeutique
- Non Actif Médical
- Non Actif diagnostique

Description générale	Toise verticale et horizontale en bois naturel avec curseur fixation murale ou socle.		
Pièces jointes	Oui	Modèle emballage.	
Référence lot	Non		
Dispositif raccordé	Non		
Dispositif Usage Unique	Non		
Dispositif stérile	Non		
Stérilisation	Non		
Autoclavable	Non		
Nettoyage	Oui	Avec une eau savonneuse ou détergent	
Substance impropre	Produit attaquant le bois ou le verni celluloïd..		
Pièces constitutives	Oui	Tiges , socle , curseur et cale de fixation en bois	
Matières	En bois naturel hêtre ou charme avec verni cellulosique sr naturel , peinture PV.		
Contient du Latex	Non		
Marquage somatomètre	Marquage légal DRIRE		
Standard fabrication	Issu de forêt sous contrôle PEFC N° 1031821 qualité bois 05123.		
Etiquetage	Oui	Sur l’emballage de la toise COMED.	
Emballage	Oui	Dans un carton individuel et enveloppé de papier souple.	
Stockage particulier	Oui	Sec et propre	
Durée d’utilisation	Courte		
Marquage sur le DM	Oui	Graduation, Comed, référence	
Références	44 445 00	44 446 00	44 447 00/41/42/44/46
Désignation	Toise bois murale	Toise bois sur socle	Toise bébé
Dimensions Lo x La x H (mm)	Voir schéma	Voir schéma	Voir schéma
Résistance température (C°)	Max =+40 Min = -10	Max =+40 Min = -10	Max =+40 Min = -10
Poids net (g)	814	2 418	1 028
Couleurs	Bois naturel	Bois naturel	44 447 00 : bois 44 447 41 : bleu 44 447 42 : jaune 44 447 44 : gris 44 447 46 : blanc
Marquage somatomètre	Classe II , J10 , LS 211007 2m.	Classe II , F99 211007 ,2 m	Classe II , J10 , LS 211007 2m.
Plage de mesure	200cm	200cm	100cm
Graduation	5mm	5mm	5mm
Utilisation	Dispositif permettant la mesure en hauteur du corps humain.		
Mode d’emploi	Voir mode d’emploi joint avec la toise.		
Précaution d’emploi	Bien vérifier la fixation au mur de la toise, risque de chute.		
Recyclage	Oui.		
Récupération	Dans les containers à bois		
DEEE	Non		
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul		

*Ce dispositif médical n'appartient pas à la classe 1 mesure au sens de la directive 93/42/CEE. Voir « MEDDEV 2.1/5 » June 1998

Marquage CE : Cet article est déclaré comme Dispositif Médical de Classe I , Directive 93/42 , néanmoins nous n'avons pas retenu la fonction de mesurage au sens de ladite Directive car cette fonction ne correspond pas à une finalité médicale ou revendication médicale. Le fait de connaître la taille d'une personne, avec cette tolérance sur la graduation entre autres,n'apporte pas une mesure susceptible d'être utiliser à des fins thérapeutiques ou de diagnostiques. Elle ne concerne qu'une indication non comparative de la morphologie de la personne, comme le poids par exemple. Cet instrument ne doit donc pas être utilisé à des fins médicaux de mesures métrologiques pouvant entraîner un diagnostic.

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : ARQ
Paraphe : LH

COMED sarl
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr