# BD Plastipak™ 1 ml de précision

Seringues 3 pièces (corps / piston / joint de piston)

**Matériel stérile à usage unique**

## FICHE TECHNIQUE

### DESCRIPTION

La seringue BD Plastipak™ peut être utilisée :

- pour des injections,
- pour des prélèvements.

Etanchéité garantie pour des pressions inférieures à 45psi, soit 2330mmHg conformément à la norme EN ISO 7886-1.

### COMPOSITION

| Composant | Matériau |
|---|---|
| Corps de la seringue | Polypropylène (PP)<br>Polycarbonate (PC) pour la référence 309628 |
| Piston | Polypropylène (PP) |
| Joint de piston | Elastomère sans latex |
| Lubrifiant | Silicone <0.25µg/mm² |
| Emballage | Polyamide |
| Marquages | Encre permanente |
| **Pour les seringues avec aiguilles BD Microlance 3 prémontées, non serties :** | |
| Aiguille | Acier inoxydable |
| Embase de l'aiguille | Polypropylène (PP) avec code couleur |
| Capuchon de l'aiguille | Polypropylène (PP) |
| Colle | Résine de type époxy |
| **Pour les seringues avec aiguilles BD Micro-FineTM + sertie dite « seringue sans espace mort »** | |
| Aiguille | Acier inoxydable AISI 304 |

Usage unique  5 ans après stérilisation

### INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

***Seringues sans aiguille***

- 300013 - Stérilisation par oxyde d'éthylène

Marquage CE n°2000060273 CP, AEMPS 0318 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin, Espagne / Becton Dickinson, San Agustin, Espagne
Certification : EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n° ER-0264/1994, certifié par AENOR 0318 ; ISO 13485:2003 certificat n° 95.06 0005 EN, certifié par AENOR 0318.

- 309628 - Stérilisation par rayonnement gamma

Marquage CE n°252.231, NSAI 0050 : Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Canaan, USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA
Certification : EN ISO 7886-1&2 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 9001:2008 certificat n°MD19.2305, certifié par NSAI ; ISO 13485:2012 certificat n° MD 19.2369, certifié par NSAI

***Seringues avec aiguille montée*** (300015 – 300014) - Stérilisation par oxyde d'éthylène
Marquage CE n°96 06 0005 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, San Agustin, Espagne / Becton Dickinson, San Agustin, Espagne
Certification : ISO 7864 ; EN ISO 7886-1 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 8537 ; ISO 9001:2008 certificat n° ER-0264/1994, certifié par AENOR 0318 ; ISO 13485:2003 certificat n° 95.06 0005 EN, certifié par AENOR 0318.

***Seringues avec aiguille sertie*** (305502 – 305501) - Stérilisation par rayonnement gamma
Marquage CE n°252.140, NSAI 0050 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE, annexe II).
Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Holdrege, USA / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA.
Certification : EN ISO 7886-1&2 ; ISO 7864 ; ISO 9001:2008 certificat n°MD19.2305, certifié par NSAI ; ISO 13485:2012 certificat n° MD 19.2305, certifié par NSAI

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.
A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.

Becton Dickinson France SAS – 11 rue Aristide Bergès – ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 : Siret 056 501 711 00115.
Sauf indication contraire, BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD.

| | | | | | CORPS DE LA SERINGUE | | | AIGUILLE | | | CONDI. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Réf.** | **Désignation** | **Caractéristiques** | | **Graduation** | **Longueur (mm)** | **Ø ext. (mm)** | **Ø int. (mm)** | **Ø ext. (mm)** | **Longueur (mm - inch)** | **Biseau** | **Unités par (Sachet) / Boîte / Carton / Palette** |
| **Seringues sans aiguille** | | | | | | | | | | | |
| **300013** | 1ml Tuberculine/Allergie – H804S | Luer simple | Embout centré | 0,01 ml | 75,31 | 6,60 | 4,70 | Sans aiguille | | | 100/ 800/ 28 800 |
| **309628** | 1ml Luer Lock – H804LL | Luer Lock | Embout centré | 0,01 ml | 75,31 | 13,66 | 11,98 | Sans aiguille | | | 100/ 800/ 19 200 |
| **Seringues avec aiguille BD Microlance™ 3 prémontée, non sertie** | | | | | | | | | | | |
| **300015** | 1ml longue – H804DN | Luer simple | 26 G | 0,01 ml | 75,31 | 6,60 | 4,70 | 45/100 | 10 - 3/8 | Court (IV) | 100/ 800/ 26 400 |
| **300014** | 1ml longue – H804DN | Luer simple | 25 G | 0,01 ml | 75,31 | 6,60 | 4,70 | 5/10 | 16 - 5/8 | Normal (IM) | 100/ 800/ 26 400 |
| **Seringues avec aiguille BD Micro-Fine™ + sertie dite « seringue sans espace mort »** | | | | | | | | | | | |
| **305502** | 1ml Test | (aiguille sertie) | 27 G | 0,01 ml | 75,31 | 6,72 | 4,70 | 4/10 | 10 – 3/8 | Extra-court (ID) | (10)/100/ 500/ 36 000 |
| **305501** | 1ml Sub-Q | (aiguille sertie) | 26 G | 0,01 ml | 75,31 | 6,72 | 4,70 | 45/100 | 13 – 1/2 | Standard (SC) | (10)/100/ 500/ 40 000 |

Becton Dickinson France SAS – 11 rue Aristide Bergès – ZI des Iles – BP4 – 38801 Le Pont-de-Claix Cedex
Société par actions simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 : Siret 056 501 711 00115.
Sauf indication contraire, BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD.