

Microperfuseur à ailettes



• Dénomination

Microperfuseur à ailettes

• Caractéristiques

- **Aiguille** : A triple biseau assurant une excellente pénétration cutanée,
- **Ailettes** : Dispositif à 2 ailettes, de couleur normalisée, repliables,
- **Tubulure**: En PVC souple et transparent,
- **Connexion** : Luer Lock femelle ,
- **Protection** : Protecteur d'aiguille permettant de conserver l'intégrité de l'aiguille, obturateur assurant la protection de l'embout Luer Lock femelle.

• Références

Le microperfuseur à ailettes est un produit NIPRO EUROPE

Référence Didactic	Diamètre aiguille	Longueur aiguille	Longueur tubulure	Code couleur	Volume résiduel
MICP11N	19 G (1.1 mm)	19mm	300mm		0,46mL
MICP9N	20 G (0,9mm)				
MICP8N	21 G (0.8 mm)				
MICP7N	22 G (0.7 mm)				
MICP6N	23 G (0.6 mm)				
MICP5N	25 G (0.5 mm)				

Code couleur pour identification fait selon la norme ISO 6009

DIDACTIC

Zone d'activité A29 - Les bleuets - 1800 route des bleuets
76430 Etainhus - France
Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88
www.didactic.fr

INTER.MED Laboratoires

Pré du Mié
43270 Allègre - France
Tél. +33 4 71 00 23 22 - Fax : +33 4 71 00 23 54
www.intermed-laboratoires.com

• Matériaux utilisés *Latex free & DEHP free*

- Polypropylène: Capuchon protecteur de l'aiguille, Capuchon protecteur du luer femelle,
- Acier inoxydable siliconé: Aiguille,
- PVC: Tubulure, ailettes, embout Luer Lock femelle.

• Stérilisation

STERILE	EO
---------	----

- Oxyde d'éthylène
- Conservation: 5 ans après la date de stérilisation

• Conditionnement

Blister individuel Peel pack	Boîte	Carton
Unité	100 pièces	1 000 pièces
(L x l) 83mm x 60mm	(L x l x h) 300mm x 170mm x 80mm	(L x l x h) 360mm x 320mm x 410mm

Une palette standard peut contenir 30 cartons - Stérilité assurée par le conditionnement individuel

• Etiquetage

- Sur chaque unité sont inscrits la référence, le numéro de lot et la date de péremption,
- Symboles utilisés en accord avec la norme NF EN ISO 15223-1 : Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux.

• Conformité 0197

- Classe IIa,
- Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE,
- ISO-9001,
- ISO 13485 : Système de management de la qualité,
- ISO 8536-4 : Matériel de perfusion à usage médical - Appareils de perfusion non réutilisables, à alimentation par gravité.

• Fabricant

- Nipro Europe N.V. : Weihoek 3 H - B-1930 Zaventem

• Documentation

- Fiche EUOPHARMAT : www.didactic.fr / www.euro-pharmat.com