

Prolongateurs PVC

Prolongateurs linéaires ou avec robinet 3 voies

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		Date de mise à jour : Date d'édition : 11/09 /2019
1.1	Nom : B. Braun Medical	
1.2	Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud	Tel: 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 45 00 e-mail : infofrance@bbraun.com Site internet : http://www.bbraun.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériorvigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 70 83 44 95 e-mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com
2. Informations sur le dispositif ou équipement		
2.1	Dénomination commune : selon la nomenclature d'Europharmat® PROLONGATEUR PERFUSION	
2.2	Dénomination commerciale : Prolongateur standard	
2.3	Code nomenclature EMDN : N/A Code Nomenclature GMDN : N/A Code CLADIMED : C54MA - PROLONGATEUR PERFUSION	
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : N/A * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1	
2.5	Classe du DM : IIa Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexe n° II.3 Numéro de l'organisme notifié : TÜV SÜD Product Service (0123) Date de première mise sur le marché dans l'UE : Fabricant du DM : B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Allemagne	
2.6	Descriptif du dispositif : Prolongateurs PVC linéaires LP - Prolongateurs constitués d'un embout luer mâle à lock mobile purgeable et d'une embase femelle reliés par une longueur variable de tube - Tubulure souple et transparente pour permettre de détecter facilement le passage éventuel de bulles d'air - Résistance à la pression : 2 bars (selon la norme ISO 8536-9) 	

Prolongateurs PVC 3 voies LP

- Prolongateurs constitués d'un embout luer mâle à lock mobile purgeable et de 2 embases femelles verrouillables portées par un robinet 3 voies Discofix®, reliés par une longueur variable de tube
- Tubulure souple et transparente pour permettre de détecter facilement le passage éventuel de bulles d'air
- Résistance à la pression : 2 bars (selon les normes ISO 8536-9 et ISO 8536-10)
- Robinet 3 voies résistant à la perfusion des lipides entre 24 et 96h, se référer au protocole de l'établissement



2.7

Références Catalogue :

Prolongateurs PVC linéaires LP :

Libellé	Diamètre externe (mm)	Diamètre interne (mm)	Volume d'amorçage (mL)	Référence
PROLONGATEUR LINEAIRE 0,25M LP	4	2,5	1,6	4055137
PROLONGATEUR LINEAIRE 0,50M LP	4	2,5	2,7	4055138
PROLONGATEUR LINEAIRE 1,00M LP	4	2,5	5,1	4055139
PROLONGATEUR LINEAIRE 1,50M LP	4	2,5	7,6	4055140

Prolongateurs PVC 3 voies LP :

Libellé	Diamètre externe (mm)	Diamètre interne (mm)	Volume d'amorçage (mL)	Référence
PROLONGATEUR 0,10M + ROBINET 3V LP	4	2,5	0,8	4055150
PROLONGATEUR 0,25M + ROBINET 3V LP	4	2,5	1,6	4055145
PROLONGATEUR 0,50M + ROBINET 3V LP	4	2,5	2,7	4055146
PROLONGATEUR 1,00M + ROBINET 3V LP	4	2,5	5,2	4055147
PROLONGATEUR 1,50M + ROBINET 3V LP	4	2,5	7,6	4055148

Conditionnement / emballages : Boîtes de 100 unités conditionnées sous blister individuel

- **UCD** (Unité de Commande) : 1 Boîte de 100 unités
- **QML** (Quantité minimale de livraison) : 1 Boîte de 100 unités

Etiquetage : (Cf. annexe)

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

Prolongateurs PVC linéaires LP

ELEMENTS :

Protecteur embase femelle
Embase femelle lock
Tubulure
Embout terminal luer
Capuchon PrimeStop

MATERIAUX :

Acrylonitrile Butadiène Styène (ABS)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P)
Méthacrylate Acrylonitrile Butadiène Styène (MABS) et Polycarbonate (PC) (pour la bague mobile)
Polyéthylène (PE) et colorant

Prolongateurs PVC 3 voies LP

ELEMENTS :

Protecteur embase femelle
Robinet 3 voies
Tubulure
Embout terminal luer
Capuchon PrimeStop

MATERIAUX :

Acrylonitrile Butadiène Styène (ABS)
Polyéthylène (PE) + Polypropylène (PP) + Acrylonitrile Butadiène Styène (ABS)
Polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P)
Méthacrylate Acrylonitrile Butadiène Styène (MABS) et Polycarbonate (PC) (pour la bague mobile)
Polyéthylène (PE) et colorant

Substances actives :

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

- ✓ Présence/Absence de latex
- ✓ Présence/Absence de phtalates (DHP)
- ✓ Présence/Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...)

Dispositifs et accessoires associés à lister : N / A

2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : SOINS GENERAUX

Indications (selon liste Europharmat) : PERFUSION

3. Procédé de stérilisation :

DM stérile : Oui

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène

4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation & de stockage:

Précautions particulières : N/A

Durée de la validité du produit :

- 5 ans pour les prolongateurs linéaires
- 2 ans pour les prolongateurs avec robinet 3 voies

Présence d'indicateurs de température : N/A

5. Sécurité d'utilisation

5.1	Sécurité technique : N/A
5.2	Sécurité biologique : N/A
6. Conseils d'utilisation	
6.1	Mode d'emploi : 1) Connecter le prolongateur au nécessaire à perfusion 2) Purger le prolongateur pour chasser l'air de la ligne 3) Connecter au dispositif de ponction veineuse  Par un mouvement rotatif, faire reculer la bague de façon à rendre visible l'embout Luer et permettre la connexion.  Connecter l'embout Luer du prolongateur au dispositif et visser grâce à la bague rotative. Attention : aucun clic n'est généré avec cet embout terminal. 4) Déconnexion du prolongateur  Dévisser la bague.  Reculer la bague jusqu'en butée.  Déconnecter l'embout Luer du dispositif par un mouvement de rotation. Les faces hexagonales de l'embout facilitent la déconnexion.
6.2	Indications : Les prolongateurs PVC, stériles, à usage unique, munis éventuellement d'accessoires, permettent de relier un nécessaire pour perfusion ou pour transfusion à un dispositif de ponction veineuse (aiguille, cathéter court, cathéter long ...), une rampe de robinets, un filtre, une valve ...
6.3	Précautions d'emploi : Purger la ligne veineuse avant la connexion à l'abord vasculaire. Recommandations : • Eviter toute faute d'asepsie au niveau des extrémités des robinets • Vérifier la bonne connexion entre les dispositifs médicaux et le robinet 3 voies

- Observer le sens des flèches du robinet Discofix® pour connaître les voies ouvertes et les voies fermées

Prolongateur PVC 3 voies LP

Les robinets Discofix® peuvent présenter des fissures par suite des influences suivantes :

- Contact avec des solutions de perfusion et des médicaments
- Désinfectants alcooliques
- Changements soudains de température exigés par la thérapie
- Résidus de sang ou de thrombocytes aussi bien que des précipités de substances physico-chimiquement incompatibles aux sites de connexion

Ces fissures peuvent entraîner des fuites de soluté ou une entrée d'air. C'est pourquoi il est recommandé de surveiller la ligne en cours de perfusion.

6.4 Contre- Indications : N/A

7. Informations complémentaires sur le produit


Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... : N/A

8. Liste des annexes au dossier

✓ Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant)

9. Images

Prolongateurs PVC linéaires LP



15028052_4055137_C_Extension-Line_80x150mm.indd 1

LIJorder 4001 - Grunewald 180481

29.08.18 14:21

Extension Line, Type: Prolongateur Linéaire

 25 cm

100



2023-04-01



2018-04-23



XXXXXXXXXX



4055137



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Germany
www.bbraun.com

Manufacturing site:
B. Braun Vietnam Co., Ltd.
Thanh Oai Industrial Complex
Thanh Oai District
156800 Hanoi, Vietnam

15328130 0417

Made in Vietnam



4 046955 218141




(17)230401(10)xxxxxxxxxx

0118

B | BRAUN

Prolongateurs PVC 3 voies LP



B | BRAUN B | BRAUN B | BRAUN B | BRAUN

Extension Line

Type: Prolongateur Robinet 3V

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

Batchno.XXX.

REF 4055145

VOL 5 mm (42°C)

6 mm (42°C, 2 bar)

GTIN: 9446955218028

DMV

0118

15328130

Manufacturing Site:

B. Braun Vietnam Co. Ltd.

Thanh Oai Industrial

Complex, Thanh Oai District,

156800 Hanoi, Vietnam

Made in Vietnam

CE 0123

B | BRAUN

15328281_4055145_C_Extension-Line_80x150mm.indd 1

LLDorder 4001 - Grunewald 180481

29.08.18 14:22

Extension Line, Type: Prolongateur Robinet 3V

 25 cm

100



2020-09-01



2018-09-05



XXXXXXXXXX



4055145



B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Germany
www.bbraun.com



STERILE EO



0123



4 0 4 6 9 5 5 2 1 8 2 9 5



(17)200901(10)xxxxxxxxxx

0118

B | BRAUN

15328130 0417

Made in Vietnam