




Fiche Technique

Sensicare® PI Evolution

Gants Chirurgicaux Stériles en Polyisoprène Synthétique Sans Poudre avec un Revêtement en Polymères Synthétique

Référence et Taille	

MSG9555	MSG9560	MSG9565	MSG9570	MSG9575	MSG9580	MSG9585	MSG9590
5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0

Matériau	Formulation en Polyisoprène Synthétique Sans Poudre avec un Revêtement en Polymère Synthétique 0.25 milligrammes/gant de résidus de poudre conformément à la norme ASTM D6124 et ISO 21171
Revêtement	Revêtement en Polymère Synthétique (sur la surface interne du gant pour un enfilage facilité sur mains sèches et humides)
Couleur	Crème
Surface	Lisse
Design du moule	Forme anatomique qui reproduit la forme incurvée de la main et ainsi minimise la fatigue des mains
Manchette	Conique et roulée pour éviter le glissement de la manchette
Additifs chimiques (Accélérateurs)	Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC), Zinc Mercaptobenzothiazole (ZMBT) et Diphenyl Guanidine (DPG) Niveau de résidus chimiques en dessous des seuils détectables selon la méthode de test UPB/P/003a
Protéines résiduelles (EN455-3 par ASTM D5712 - Méthode modifiées de Lowry)	Aucune protéine de caoutchouc latex naturel et aucun allergène
Epaisseur (ASTM D3577 ≥ 0,10 mm)	Bout du doigt 0,23 mm Paume 0,22 mm Manchette 0,17 mm
Détection des trous (EN 455 NQA 1.5)	Inspection finale: **0.65 NQA**
Pénétration Virale	Testé et conforme selon l'ASTM F1671
Résistance Chimique	La résistance aux produits chimiques du gant a été évaluée conformément à la norme EN 374-3 Les résultats des tests et les recommandations peuvent être fournis sur demande
Stérilisation	Irradiation Gamma, Niveau de stérilité assuré 10-6

CE 0086 2 LATEX 3 CATEGORY PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT STERILE R

© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries. All rights reserved.

LIT-MSG95XX-EN02 01.01.INT.12

FINT.441 Revision n°02 Effective date : 06 Feb 17

Fiche Technique

Sensicare® PI Evolution

Gants Chirurgicaux Stériles en Polyisoprène Synthétique Sans Poudre avec un Revêtement en Polymères Synthétique

Longueur de Manchette (EN455-2 ≥ 270 mm T. 7.5)	**MSG9555**	**MSG9560**	**MSG9565**	**MSG9570**	**MSG9575**	**MSG9580**	**MSG9585**	**MSG9590**
	300	300	300	295	300	300	302	290
Largeur	75	80	85	90	99	105	110	116
Force à la rupture, avant vieillissement (EN455-2 ≥ 9 N)	12.9 N							
Force à la rupture, après vieillissement (EN455-2 ≥ 9 N, 7 jours à 70°C dans un four)	10.4 N							
Elongation à la rupture avant vieillissement accéléré (ASTM D3577 ≥ 750%)	880%							
Elongation à la rupture après vieillissement accéléré (ASTM D3577 ≥ 560%, 7 jours à 70°C dans un four)	885%							
Date d'expiration	35 mois à compter de la date de fabrication Les dates de fabrication et d'expiration sont indiquées sur l'emballage. (format YYYY-MM)							
Conditionnement	L'emballage pelable en polyéthylène permet de protéger le produit de l'humidité et de l'ozone durant le transport et le stockage. Il évite aussi le déchirement lors de l'ouverture afin de maintenir un environnement stérile. La configuration en longueur de l'emballage permet de maintenir un enfilage aseptique. **50 paires par boite / 4 boites par carton / 200 paires par carton**							
Normes de qualité	Les sites de production Medline sont certifiés **EN ISO 13485** Les produits répondent aux exigences de la **Directive Européenne sur les D.M. (93/42/EEC)** Les produits répondent aux exigences des normes européennes harmonisées **EN 455-1,2,3,4**							
Certification EPI	Equipement de Protection Individuel (EPI) de **Catégorie III** selon la Directive 89/686/EEC. Conforme aux normes **EN 388**, **EN 420** et **EN 374-1, 2, 3**.							
Recommendations de stockage	A protéger du gel. Eviter la chaleur excessive. A garder au sec. Le produit ne doit pas être en contact direct avec les rayons du soleil, l'éclairage fluorescent, les rayons X, l'humidité et l'ozone. Ne pas stocker à des temperatures supérieures à 40°C.							
Pays de fabrication	Malaisie							
Fabricant	Medline Industries, Inc.							
Adresse du Fabricant	Medline Industries, Inc. One Medline Place Mundelein, IL 60060							
Siège Européen	Medline Industries Ltd. No 5 Booths Park Chelford Road Knutsford, Cheshire United Kingdom WA16 8GS							

CE 0086 2 LATEX PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT CATEGORY III STERILE R

© 2017 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.